

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Transport: kamionsko

Način plačila: Virman

Pogoji dobave: FCO kupec - razloženo

Rok dostave: 9.12.2022

Dni za plačilo: 8.1.2023

Povpraševanje za nabavo: 22/0065

ŠEMPETER PRI GORICI, 6.12.2022

GP000-INZ22/00413

EN 273-38/2022

POVPRAŠEVANJE JE INFORMATIVNE NARAVE IN NE ZAVEZUJE K NAROČILU NAVEDENIH KOLIČIN
POVPRAŠEVANEGA BLAGA.

Poz. Artikel	Naziv artikla	Lokacija/sklad.	Serija	Količina EM
1. ZS0001	STORITEV Preventivni letni pregled črpalke za sukcijo in irigacijo za obdobje 7 let.			1 KPL
3. ZZN002	Blago ČRPALKA ZA SUKCIJO IN IRIGACIJO ZA HISTEROSKOPSKE AMBULANTE Pri histeroskopiji: - se regulira s pomočjo tlaka (mmHg) od 0 do vsaj 200 nastavljiv tlak - pretok od 0 do vsaj 1300ml/min Pri laparoskopiji: - se regulira s pomočjo pretoka od 0- do vsaj 1300 ml/min - irigacijski tlak od 0 do vsaj 500 mmHG Možnost nastavitve sukcijskega tlaka. Samodejna nastavitve najvišjih parametrov pri izbiri laparoskopije ali histeroskopije, glede na uporabo kompleta cevi. Združljivost s komunikacijskim vodilom uporabnika. Enostaven zagon in namestitev sistemov za enkratno uporabo.			1 x
4. ZZN002	Certificirano po IEC 60601-1. Blago Potrošni materiala za enkratno uporabo za črpalko za sukucijo in irigacijo za obdobje 7 let ob predpostavki, da se na leto izvede 50 histeroskopij.			1 x

Lahko ponudite tudi opcijo staro za novo.

MERILO: NAJNIŽJA CENA

Naročnik se ne zavezuje, da bo povpraševane količine blaga dejansko tudi naročil.

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom Splošna bolnišnica, "Dr.Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici in pošljete na e-mail: nabava@bolnisnica-go.si.

Informativni ponudbi priložite izpolnjeno izjavo o sprejemu razpisnih pogojev.

PLAČILNI ROK: 30 DNI

KONTAKT ZA INFORMACIJE: nabava@bolnisnica-go.si

Sestavil povpraševanje:

PATRICIJA RIJAVEC FURLAN, dipl.ekon.