

Vabimo vas k oddaji ponudbe za **ŠPRANJSKO SVETILKO**, ki naj bo v skladu s spodaj navedenimi tehničnimi specifikacijami.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

- Biomikroskop tipa Haag – Streit BQ 900 z LED osvetlitvijo špranje (slit) in ozadja ((background), fiksiranim na osvetljevalnem stolpu.
- Povečave mikroskopa 6x, 10x, 16x, 25x, 40x.
- Goldmanov aplanacijski tonometer na gibljivi roki z digitalnim odčitavanjem na zaslonu tonometra in najmanj 3 merilnimi prizmami.
- Stereovariator.
- Dodatek za montažo okularjev nagnjenih (inkliniranih) okoli 20 stopinj od horizontalne osi, za lažje delo v bolj fiziološkem položaju.
- Biomikroskop z video modulom, napajalniki in kontrolnimi enotami mora biti montiran na oftalmološki dvižni mizici na kolesčkah z možnostjo preiskovanja bolnikov na invalidskem vozičku. Na mizici mora biti dovolj prostora za najmanj 24 palčni monitor ali računalnik.
- Modul za video in fotografiranje, ki ne slabi svetlobe, ki gre v okularje. Video mora omogočati spremljanje preiskave na zaslonu na celozaslonskem načinu le z aktiviranjem gumba brez uporabe dodatnih programov. Shranjevanje mora biti omogočeno tudi v bolnišnični informacijski sistem in v programe Eyecap, Eyesuite in Imagenet. Velikost sensorja mora biti vsaj 2/3 palca. Zajemati mora najmanj 30 slik na sekundo v resoluciji najmanj 2448x2048 točk.
- Biomikroskop mora omogočati uporabo beam splitterjev Haag-Streit z videoadaptorji za 3CCD kamere (Sony DXC-950P, Sony DXC-C33P) in digitalne kamere, ki jih na oddelku uporabljamo na vseh ostalih biomikroskopih Haag Streit.
- Omogočati mora zajem slike in videa z obstoječe Sony DXC 3CCD kamere v obstoječi sistem za zajetje, obdelavo in hranjenje slik in videov Eyecap (s kartico montirano na centralnem računalniku Eyecap, na katerega je priključena že fundus kamera).
- Biomikroskop z video modulom mora za potrebe edukacije sodelavcev in foto/video dokumentiranja omogočati uporabo laserja s skenerjem IRIDEX IQ 577 in laserja za fotodinamično terapijo Zeiss VISULAS 690 plus.

Ponudba naj vključuje tudi prevozne stroške in DDV.

KONTAKTNA OSEBA:

Katarina Poša
Nabavna služba
Tel.: 05 – 330 10 90
nabava@bolnistica-go.si



Ul. padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici

POVPRAŠEVANJE JE INFORMATIVNE NARAVE IN NE ZAVZUJE K NAROČILU NAVEDENEGA BLAGA.

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom Splošna bolnišnica, »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici in pošljete na elektronski naslov: nabava@bolnislrica-go.si.

PLAČILNI ROK: 60 DNI