


Vabimo vas k oddaji ponudbe za APARAT ZA RAZKUŽEVANJE PROSTOROV s spodaj navedenimi tehničnimi zahtevami:

- mora biti prenosen, na koleških, da z njim lahko rokuje ena odrasla oseba;
- mora biti primeren za uporabo biorazgradljivega razkužila v aerosolu;
- mora omogočati nastavitev volumna prostora za razkuževanje;
- razkužilo mora delovati baktericidno, virucidno, sporocidno in fungicidno;
- mora omogočati nastavitev časovnega zamika začetka delovanja;
- mora imeti čim širšo kompatibilnost z materiali, ki se uporablajo v medicini;
- mora ustrezati vsem potrebnim evropskim standardom;
- ponudnik mora omogočati redni servis oz. popravilo najkasneje v 48 urah po obvestilu o okvari ter imeti smernice za prezračevanje prostora po razkuževanju.

KONTAKTNA OSEBA:

Katarina Poša
Nabavna služba
Tel.: 05/330-1090
nabava@bolnisnica-go.si



POVPRAŠEVANJE JE INFORMATIVNE NARAVE IN NE ZAVZUJE K NAROČILU NAVEDENEGA BLAGA.

Prosimo, da PONUBDO opremite z našim naslovom Splošna bolnišnica, »dr. Franca Derganca«, Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici in pošljete na elektronski naslov: nabava@bolnisnica-go.si.

PLAČILNI ROK: 60 DNI