

Priloga 1: ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudniki ponudijo ognjevarno varnostno omaro za shranjevanje vnetljivih in nevarnih kemikalij, ki ustreza vsem spodaj navedenim zahtevam naročnika.

Ponudba mora vključevati tudi dobavo na sedež naročnika, edukacijo osebja ter, poleg 24 mesečne garancije, redno vzdrževanje za obdobje 5 LET.

Ob dobavi izbrani ponudnik predloži prospekte, navodila za uporabo in tehnična – servisna navodila ponujenega aparata v slovenskem jeziku v pisni in elektronski obliki (USB ključ, CD).

1. Zahteve za OGNJEVARNO VARNOSTNO OMARO ZA SHRANJEVANJE VNETHJIVIH IN NEVARNIH KEMIKALIJ.

2. > - varnostna omara za shranjevanje vnetljivih in nevarnih kemikalij,
3. > - 90 min požarna varnost,
4. > - nastavek za priklop na odsesovanje DN 75,
5. > - dimenzij Š/V/G: 1190-1210/1960-2000/600-620 mm,
6. > - dvokrilna vrata,
7. > - s 4 policami nosilnosti od 60-80kg, z razmakom 37-40 cm,
8. > - možnost zaklepanja,
9. > - lovilni pladenj na dnu omare.

10. Ostale zahteve naročnika

Zahtevana garancija: 24 mesecev.

Ponudnik mora zagotavljati v času 24 mesečnega garancijskega roka vzdrževanje blaga/opreme.

Ponudba mora vsebovati tudi 5 letno pogarancijsko redno vzdrževanje in urno postavko s potnimi stroški za izredno vzdrževanje.

Izbrani ponudnik se zaveže, da bo za popravila dobavljene opreme v času garancijskega vzdrževanja nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji naročnika. Redna preventivna vzdrževanja ter vsa popravila, ki niso nastala zaradi negospodarne rabe naročnika, so v garancijskem roku povsem brezplačna in brez zaračunavanja dnevnic, kilometrine ter potrošnega materiala.

ROK DOBAVE: 45 DNI

VZDRŽEVANJE: pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, z vključenimi zakonskimi pregledi (najmanj 1x letno), število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnega materiala za predmetno opremo in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimizacija funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

IZREDNO VZDRŽEVANJE pomeni servisna popravila in odprava napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošne materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis in odprava napak se opravlja na podlagi ugotovitev pri rednem vzdrževanju opreme ali na podlagi poziva naročnika oz. pooblaščenih oseb

naročnika-medicinske elektronike, z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, ter vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

Redna in izredna vzdrževanja se bodo izvajala na sedežu naročnika.