



SPLOŠNA BOLNIŠNICA  
"DR. FRANCA DERGANCA"  
NOVA GORICA

Ul. Padlih borcev 13a  
5290 Sempeter pri Gorici  
Telefon: 05 33 01 000  
Fax: 05 33 01 554  
ID št. za DV: SI 114 27 205  
Mat. št. 5055 695 000  
P.r.: 01100-6030279058

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999  
Tel./Fax:  
E-pošta:  
ID št. za DDV partner:

Rok za oddajo ponudbe: 17.4.2015

Zveza: 273-036/2015-9

ŠEMPETER PRI GORICI, 8.4.2015

## Povpraševanje: 15/0044/G

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za nabavo medicinske opreme. Minimalne zahtevane lastnosti predmeta povpraševanja so navedene v nadaljevanju.

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. SJN001	Medicinska oprema Transportni monitor enostaven za uporabo, lahek (vključno z baterijo ne več kot 1,5 kg). - pasivno hlajenje (brez ventilacije) - odporen na udarce (vsaj Class 7M3) - LCD TFT zaslon aktiven na dotik (touch screen) - prikaz naslednjih parametrov: EKG/respiracija; NIBP; SpO2; temperatura -1x, IBP-1x, end CO2- 1 x - delovanje na baterijo do 3 ure (ob spremljanju EKG; SpO2, NBP-interval 15 min) - možnost prikaza do 3 krivulj na zaslonu - grafični in numerični trendi do 48 ur (interval 12 sec, 1 ali 5 minut) - možnost prilagoditve zaslona na željo uporabnika (prikaz večjih števil, drugačna postavitve in izgled krivulj in numeričnih podatkov) - primarni monitor mora imeti možnost enostavne montaže na strecher oziroma stensko šino, - transportni monitor mora imeti povezavo z dodatnim LCD displayem (medical grade), z gibljivo ročico na horizontalno stensko šino, velikosti vsaj 18" z možnostjo upravljanja primarnega transportnega monitorja in vseh funkcij. Dodatni LCD display mora omogočati dostop do bolnišničnega informacijskega sistema in aplikacij, ki so na njem (PACS, lab,...) - vključen mora biti ves potrošni material in adapter za zahtevane parametre, razen sistemov za IBP	1 KOS	17.4.2015	10.000,00	10.000,00
2. SJN013	Vzdrževanje in popravilo - ostalo Vzdrževanje monitorja skladno z navodili proizvajalca za čas pričakovane življenjske dobe 7 let.	7 KOS	17.4.2015	500,00	3.500,00
				<b>Skupaj : EUR</b>	13.500,00

### BISTVENE ZAHTEVE NAROČNIKA:

- Izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter CE certifikat ponujene medicinske opreme skladno s PECA sporazumom.
- Ponujena medicinska oprema mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU.
- Zagotavljanje pooblaščenih servisnih služb v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) ponujene medicinske opreme ter rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) (rok dobave rezervnih delov ni daljši od 14 dni).
- Ponujena medicinska oprema mora biti nova in zadnje generacije; aparat mora biti ob prevzemu tovarniško zapečaten;
- Dobava, montaža in usposabljanje osebja naročnika za rokovanje z dobavljenim aparatom ter "zagon v živo" v 30 dneh od prejema naročilnice

6. Izbrani ponudnik bo moral predložiti servisne priročnike v slovenskem ali angleškem jeziku in navodila za uporabo in čiščenje v slovenskem jeziku.
7. Izbrani ponudnik bo moral v roku šestih mesecev po opravljeni montaži organizirati za enega strokovnjaka iz tehničnih služb naročnika kompletno tehniško šolanje za celotni obseg vzdrževanja (montaža, instalacija, spuščanje v pogon, pregledi in preizkusi, verifikacija, servisi, odprava motenj in okvar, zamenjave rezervnih delov, nadgradnja sistema idr.) za dobavljeno opremo. )
8. Najmanj 2 letna garancija za ponujeno medicinsko opremo, šteto od uspešno opravljene primopredaje.
9. Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, brezplačno dostavi v test (kot potrditev ustreznosti opisa) opremo. Predviden čas testa do 30 dni.

**DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA:**

1. Ponudbena cena (v EUR z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema dobavo razpisanega blaga po načelu fiksne cene fco Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica - skladišče ( po potrebi tudi montažo!).
2. Rok plačila - 30 dni po primopredaji.

Ponudnik mora v ponudbi podati izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in sicer, da ima poravnane davke in prispevke in da nima blokiranega računa na dan oddaje ponudbe in da na uporabo ponujenega aparata ni vezana poraba potrošnega materiala enega proizvajalca.

Ponudnik v ponudbi navede referenčne ustanove kjer uporabljajo ponujen tip aparata s kontakti, kjer se reference lahko preverijo.

Ponudnik mora v ponudbi navesti znesek vzdrževanja (servisni pregledi skladno z navodili proizvajalca - samo v primeru, ko proizvajalec predpisuje servisne preglede kot obvezne!) ter ceno delovne ure popravila za čas pričakovane življenjske dobe medicinske opreme.

**MERILO IZBORA:** najnižja cena medicinske opreme + cena vzdrževanja za čas pričakovane življenjske dobe medicinske opreme (7 let)

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 (dva) meseca od roka, določenega za oddajo ponudbe. Ponudnik mora v ponudbi navesti naslov, elektronski in internetni naslov, matično število, ID številko za DDV in številko transakcijskega računa ter ime banke.

Ponudbo je potrebno oddati do datuma označenega na tem dokumentu do 9.00 ure na elektronski naslov: [sjn@bolnisnica-go.si](mailto:sjn@bolnisnica-go.si) s pripisom: PONUDBA za Transportni monitor (1 kos) (št.: 273-036/2015)

Prepozne ponudbe bo ponudnik zavrgel. Ocenjena vrednost javnega naročila (brez DDV) je zapisana v rubriki "Znesek".

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti ponudbo, ki presega ocenjeno vrednost naročila. V primeru, da bosta najugodnejši ponudbeni ceni/vrednosti v cenovnem razponu  $\pm 5\%$ , si naročnik pridržuje pravico oba ponudnika/vse ponudnike pozvati k znižanju ponudbenih cen.

Kontaktna oseba za pojasnila: KONRAD KUŠTRIN, dr.med., spec.anesteziologije z reanimatologijo (tel. št.: 05 3301145, 05 3301144).

Pripravil/a:  
MARJETKA REBEK, posl.sekr.

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:  
Katjuša BIZJAK, univ.dipl.ppravnica