



## POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

E-pošta:

ID št. za DDV partner:

Rok za oddajo ponudbe: 5.8.2014

Zveza: 273-074/2014-5

ŠEMPETER PRI GORICI, 28.7.2014

**Povpraševanje: 14/0096/C**

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za nabavo medicinske opreme. Minimalne zahtevane lastnosti predmeta povpraševanja so navedene v nadaljevanju.

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. SJN001	<p>Medicinska oprema</p> <p>Aparat za določanje refrakcije, keratometrije, tonometrije in pahimetrije (Auto refrakto-kerato-ono-pahimeter)</p> <p>Tehnične specifikacije aparata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omogočati mora meritev refrakcije, keratometrije, tonometrije in pahimetrije, brez premikanja preiskovanca na drugo merilno mesto.</li> <li>• Preiskava mora biti avtomatizirana. Ko se nastavi začetni merilni položaj, mora aparat samostojno opraviti vse 4 meritve na obeh očeh. Obstajati mora tudi možnost ročnega proženja meritev.</li> <li>• Imeti mora premični kontrolni zaslon s katerega se brez krmilne palice upravlja vse funkcije. Omogočena mora biti meritev, ko je preiskovalec pred, ob in za preiskovancem.</li> <li>• Omogočati mora prenos podatkov v obstoječo refrakcijsko enoto s foropterjem Topcon, ki ga naročnik že imamo.</li> <li>• Meriti mora refrakcijo najmanj od +25 D sph do -30 D sph v korakih najmanj 0,25 D sph in cilindri do najmanj 12 D cyl v korakih najmanj 0,25 D v obsegu od 0 do 180 stopinj v korakih po 1 stopinjo.</li> <li>• Meriti mora lomno moč roženice vsaj od 26 do 66 D.</li> <li>• Očesni pritisk mora meriti z zračnim curkom v razponu od 1 – 60 mmHg z ločljivostjo 1 mmHg.</li> <li>• Debelino roženice mora meriti vsaj od 0,4 mm do 0,75 mm, v korakih po 0,001 mm.</li> <li>• Omogočati mora meritve pri zenici razdalji vsaj od 25 do 80 mm.</li> <li>• Omogočati mora meritve pri zenici ozki vsaj 2 mm.</li> <li>• Mora omogočati napajanje: - 220 V izmenične napetosti, vtičnica šuko.</li> </ul>	1 KOS	5.8.2014	16.000,00	16.000,00
				<b>Skupaj : EUR</b>	16.000,00

**BISTVENE ZAHTEVE NAROČNIKA:**

1. Izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter CE certifikat ponujene medicinske opreme skladno s PECA sporazumom.
2. Ponujena medicinska oprema mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU.
3. Zagotavljanje pooblaščenih servisnih služb v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) ponujene medicinske opreme ter rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) (rok dobave rezervnih delov ni daljši od 14 dni).
4. Ponujena medicinska oprema mora biti nova in zadnje generacije.
5. Dostava medicinske opreme franco naslov zavoda (skladišče) najkasneje v roku 30-dni dni od prejema naročilnice;
6. Najmanj 2 letna garancija za ponujeno medicinsko opremo, šteto od uspešno opravljene primopredaje.

**DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA:**

1. Ponudbena cena (z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema dobavo razpisanega blaga po načelu fiksne cene fco Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica - skladišče (po potrebi tudi montažo!).
2. Rok plačila - 30 dni po primopredaji.

Ponudnik mora v ponudbi podati izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in sicer, da ima poravnane davke in prispevke in da nima blokirane računa na dan oddaje ponudbe.

Ponudnik mora v ponudbi navesti znesek vzdrževanja (servisni pregledi skladno z navodili proizvajalca - samo v primeru, ko proizvajalec predpisuje servisne preglede kot obvezne!) ter ceno delovne ure popravila za čas pričakovane življenjske dobe medicinske opreme.

**MERILO IZBORA:** najnižja cena medicinske opreme + cena vzdrževanja za čas pričakovane življenjske dobe medicinske opreme (7 let)

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 (dva) meseca od roka, določenega za oddajo ponudbe. Ponudnik mora v ponudbi navesti naslov, elektronski in internetni naslov, matično število, ID številko za DDV in številko transakcijskega računa ter ime banke. Ponudbo je potrebno oddati do datuma označenega na tem dokumentu do 9.00 ure na elektronski naslov: [sjn@bolnisnica-go.si](mailto:sjn@bolnisnica-go.si) s pripisom: PONUDBA za Aparat za določanje refrakcije, keratometrije, tonometrije in pahimetrije (Auto refrakto-kerato-tono-pahimeter) (št.: 273-074/2014)

Prepozne ponudbe bo ponudnik zavrgel. Ocenjena vrednost javnega naročila (brez DDV) je zapisana v rubriki "Znesek".

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti ponudbo, ki presega ocenjeno vrednost naročila. V primeru, da bosta najugodnejši ponudbeni ceni/vrednosti v cenovnem razponu  $\pm 5\%$ , si naročnik pridržuje pravico oba ponudnika/vse ponudnike pozvati k znižanju ponudbenih cen.

Kontaktna oseba za pojasnila: BOGDAN GREGORČIČ, dr.med., spec.oftalmologije (tel. št.: 05 3301270).

Pripravil/a:

SEBASTJAN CIGOJ, dipl.var.inž.

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:

Katjuša BIZJAK, univ.dipl.ppravnica