

Vabimo vas k oddaji ponudbe za **Hitre imunokromatografske antigenske teste (HAGT) za diagnostiko prisotnosti SARS-CoV-2 virusa v brisu nosnega žrela zaznava prisotnost virusnega proteina, ki nastane ob virusni replikaciji**, s spodaj navedenimi tehničnimi zahtevami:

- ustreza strokovnim zahtevam po $\geq 98\%$ specifičnost in $\geq 95\%$ občutljivost v primerjavi s PCR testi glede na izjavo proizvajalca,
- je namenjen za uporabo ob bolniku - POCT test,
- test mora biti ustrezno validiran in mora imeti CE-IVD oznako ter sistem zagotavljanja kakovosti (npr. ISO 13485),
- rezultate testa HAGT so primerjali z rezultati PCR testa pri najmanj 300 testih vsaj v enem od slovenskih mikrobioloških laboratorijih,
- uporabljajo ga vsaj v 2 slovenskih bolnišnicah,
- testni komplet mora vsebovati bris, epruvetke z ekstrakcijskim pufrom, zaprte s kapalko ter testno ploščico in stojalo,
- uporabljeni pufer mora biti obstojen vsaj eno uro na sobni temperaturi,
- priložene pozitivne in negativne kontrole vsaj na 50 testov,
- izvedba testa mora biti enostavna in varna, na testni ploščici je rezultat viden v 15 minutah ali prej, časovno okno odčitavanja rezultata mora biti vsaj 5 min, odčitavanje testa s prostim očesom,
- test mora imeti veljaven rok uporabe še najmanj 6 mesecev od datuma dobave,
- navodila za uporabo testa, navodila za uporabo notranje kontrole in varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku.

KOLIČINA: 3.000 kos

KONTAKTNA OSEBA:

Katarina Poša
Nabavna služba
Tel.: 05/330-1090
nabava@bolnisenica-go.si



Ul. padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici

POVPRAŠEVANJE JE INFORMATIVNE NARAVE IN NE ZAVZUJE K NAROČILU NAVEDENEGA BLAGA.

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom Splošna bolnišnica, »dr. Franca Derganca«, Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici in pošljete na elektronski naslov: nabava@bolnisenica-go.si

PLAČILNI ROK: 60 DNI