

Priloga 1: ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudniki ponudijo nadgradnjo 3. ventilatorjev Bellavista 1000 za potrebe Covid enote za intenzivno terapijo, ki ustreza vsem spodaj navedenim zahtevam naročnika.

Ponudba mora vključevati tudi dobavo na sedež naročnika in edukacijo osebja ter poleg 12 mesečne garancije zajemati 2 letno vzdrževanje.

Ob dobavi izbrani ponudnik predloži prospekte, navodila za uporabo in tehnična – servisna navodila ponujenega aparata v slovenskem jeziku v pisni in elektronski obliki (USB ključ, CD).

1. Zahteve za nadgradnjo ventilatorjev Bellavista

- Expert monitoring _____ 2 kos
- Pljučna mehanika _____ 1 kos
- Ezofagealni tlak _____ 3 kos
- Expert ventilacija _____ 2 kos
- Razširjeno območje tlaka _____ 1 kos
- HFOT (High Flow Oxygen Therapy) _____ 2 kos
- Razpršilnik _____ 1 kos
- Test maske _____ 2 kos
- Kapnografija (diagnostični komplet) _____ 3 kos
- Orodje za odp. pljučnih mešičkov _____ 3 kos

2. Zahteve za vzdrževanje ventilatorjev Bellavista

Zahtevana garancija 12 mesecev.

Ponudnik mora zagotavljati v času 12 mesečnega garancijskega roka vzdrževanje blaga/opreme.

VZDRŽEVANJE pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, z vključenimi zakonskimi pregledi (najmanj 1x letno), število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnega materiala za predmetno opremo in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimizacija funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

Ponudnik bo za čas trajanja te pogodbe v primeru potrebe zagotavljal tudi izredno vzdrževanje.

IZREDNI VZDRŽEVANJE pomeni servisna popravila/odprava napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega delovanja. Servise in odprava napak se opravlja na podlagi ugotovitev ob rednem/preventivnem vzdrževanju opreme ali na podlagi poziva naročnika oz. pooblaščenih oseb naročnika-uporabnika opreme, z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

3. Potrošni material

Količine so predvidene za 3 ventilatorje Bellavista 1000 za obdobje dveh let:

iFlow 200 R proksimalni senzor pretoka40 KOS

Vmesnik za kapnografijo za enega pacienta 50 KOS
Set za merjenje ezofagealnega tlaka za enega pacienta5 KOS
Lovilnik vode za integ. eksp. ventil za bellavisto, za večkratno uporabo 1 KOS
Dihalni sistem 22 mm z vlažilno posodico Fisher & Paykel Healthca 50 KOS