

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 20.07.2023

Dni za plačilo:

Povpraševanje 23/0394

ŠEMPETER PRI GORICI, 19.07.2023

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina	EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. 051704	KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 14 53CM kat.št. 54851 Tik	500	KOS	20.07.2023		
2. N008378	KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 14 Aspiracijski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo, dolžine vsaj 50 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov, mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtih ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu, aspiracijski kateter lijakaste oblike brez regulatorja vleka. Lahko tudi ustrezen kateter dolžine 50 cm.	500	KOS	20.07.2023		
3. 052988	KATETER MOŠKI PVC NELATON CH10 400MM kat.št. 54804 Tik	2	SC	20.07.2023		
4. N001453	KATETER MOŠKI PVC CH 10 1-lumenski PVC kateter, dolžine 40 cm, z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo, dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov, mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtih ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023: Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki.	120	KOS	20.07.2023		
5. 463476	KATETER URINSKI Z MEHKO KONICO, NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 12 Greencath® SOFT PLUS kat.št. 62564 Tik (sc=30kos)	1	SC	20.07.2023		
6. N009464	KATETER URINSKI Z MEHKO KONICO, NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 12 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo, dolžine 40cm, mehak, s fleksibilno konico, ki omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorb v sečnici ter oblika stranskih odprtih ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo. Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice. Priložena je vodna vrečka s posebej prečiščeno, sterilno vodo, nekateri katetri imajo dodan drsni, ki omogoča aseptično rokovanje.	30	KOS	20.07.2023		

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
7. 972006	CEV ZA IZPIRANJE IRIGACIJSKA ZA ENDOSKOPIJO kat.št. 200230U Medivator (sc=10kos)	2 SC	20.07.2023		
8. N010872	CEV ZA IZPIRANJE / IRIGACIJSKA CEV ZA ENDOSKOPIJE Endoskopska sterilna cev za irigacijo, kompatibilna z obstoječimi črpalkami EMED Waterfall, Endogator Medivators in ERBE EIP ter kompatibilna z endoskopi Fujifilm serija Eluxeo.	20 KOS	20.07.2023		
9. 967855	TEST IMUNSKI ZA DOLOČANJE IGFBP (AMNI-CHECK) kat.št. 30831ETAC Medix Biochemica (sc=10kos)	1 SC	20.07.2023		
10. N010639	TEST IMUNSKI ZA DOLOČANJE IGFBP (AMNI-CHECK)	10 KOS	20.07.2023		
11. 965227	SVEDER SAMOVREZEN ZA KRANIOTOM 2 kat.št. GP342R Aesculap	2 KOS	20.07.2023		
12. N007722	SVEDER SAMOVREZEN ZA KRANIOTOM 2 skladno z Aesculap	2 KOS	20.07.2023		

Skupaj : EUR

CENE naj bodo z vključenim DDV-jem!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Druge zahteve naročnika:

DDV je zajet v ceni!

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom in pošljete na;

Splošna bolnišnica, "Dr. Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

LEKARNA:

- e-mail lekarna@bolnisnica-go.si

- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 20.07.2023 do 12:00

- Navedba količine na zalogi - dobavni rok

- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.

- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.

Sestavil povpraševanje:

MAJA FIGELJ, mag.farm.