

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 10.07.2023

Dni za plačilo:

Povpraševanje 23/0370B

ŠEMPETER PRI GORICI, 07.07.2023

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. 051703	KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 12 53CM kat.št. 54850 Tik	960 KOS	10.07.2023		
2. N008377	KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 12 "Aspiracijski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo, dolžine vsaj 50 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov, mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu, aspiracijski kateter lijakaste oblike brez regulatorja vleka. Lahko tudi kakovosten in funkcionalni enakovredni aspiracijski kateter, ki je 1 cm daljši (53 cm). Lahko tudi ustrezen kateter dolžine 50 cm."	960 KOS	10.07.2023		

Skupaj : EUR

CENE naj bodo z vključenim DDV-jem!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Druge zahteve naročnika:

DDV je zajet v ceni!

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom in pošljete na;

Splošna bolnišnica, "Dr. Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

LEKARNA:

- e-mail lekarna@bolnisnica-go.si

- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 10.07.2023 do 12:00

- Navedba količine na zalogi - dobavni rok

- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.

- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.

Sestavil povpraševanje:

MILICA GAČEŠA, mag.farm.