

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 14.03.2023

Dni za plačilo:

Povpraševanje 23/0151

ŠEMPETER PRI GORICI, 13.03.2023

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. 001255	REZILO ZA TIRSČEV NOŽ kat.št. 10-1930 Link Hamburg (zav=10kos)	10 KOS	14.03.2023		
2. N009148	REZILO ZA TIRSČEV NOŽ (zav=10kos) sterilno pakiranje	10 KOS	14.03.2023		
3. 962658	SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv, 1xuporaba kat.št. MAX-N-I Covidien	10 KOS	14.03.2023		
4. N005741	SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv Primeren za paciente, katerih teža je pod 3 kg -Natančnost SpO2 v območju med 70% in 100% mora biti ±2 števk med 60% in 80% mora biti ±3 števk - Senzor mora vsebovati čip z digitalno kalibracijo, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki) -Senzor mora biti kompatibilen z OxiMax tehnologijo (kot Nellcore MAX-N-I ali enakovredno) Mora biti latex-free	10 KOS	14.03.2023		
5. 965373	SET postop. 10-100mm Z OKNOM sterilen kat.št. 12810 Coloplast (sc=5kos)	4 SC	14.03.2023		
6. N000030	VREČKA ENODELNA POOPERATIVNA velikosti 10 do 100 mm, prozorna, na izpust, sterilna, z vgrajeno kožno podlogo (enodelni sistem) - Vrečka mora imeti na zgornji strani vgrajeno okno, zapiranje s čepom, možnost spojitve z drenažno vrečko. - Možnost samoizreza odprtine. - Posamično pakiranje. - Dovoljena odstopanja +/- 3 mm za spodnje meje in -10/+20 mm za zgornje meje.	20 KOS	14.03.2023		
7. 053836	PD C4512 ADAPTER Y-IPSILON ZA APD kat.št. C4512 Baxter	30 KOS	14.03.2023		

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
8. N002618	ADAPTER Y-IPSILOON ZA APD - Y adapter za APD metodo mora biti iz PVC materiala in sterilen - omogočati mora povezavo dveh drenažnih vrečk - biti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilen z drenažnimi vrečkami in sistemom cevja za APD metodo peritonealne dialize Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma.	30 KOS	14.03.2023		
9. 970848	Naročnik pri art. predvideva tudi dostavo na dom pacienta. Ko naročnik izda naročilnico za navedene art., je na naročilnici navedeno, da je potrebno art. dostaviti na dom pacienta. Na naročilnici so navedeni tudi vsi njegovi kontaktni podatki. Navedene art. pa naročnik naroča tudi za potrebe bolnišnice. VSADEK PRSNI SILIKONSKI Meme Mesmo POLYtxt 450ML kat.št. 15726-450 Polytech Health & Aesthetics GmbH	2 KOS	14.03.2023		

Skupaj : EUR

CENE naj bodo z vključenim DDV-jem!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Druge zahteve naročnika:

DDV je zajet v ceni!

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom in pošljete na;

Splošna bolnišnica, "Dr. Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

LEKARNA:

- e-mail lekarna@bolnisnica-go.si

- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 14.03.2023 do 12:00

- Navedba količine na zalogi - dobavni rok

- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.

- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.

Sestavil povpraševanje:

JANA ŠTEFANČIČ, mag.farm.

spec.klinične farmacije