

**POTENCIALNI PONUDNIK**

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 27.09.2022

Dni za plačilo:

**Povpraševanje 22/0462B**

ŠEMPETER PRI GORICI, 26.09.2022

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. 958725	IGLA VBODNA CLAVE Z ZRAČNIM FILTROM kat.št. 011-CS-10B ICU Medical	150 KOS	27.09.2022		
2. N001904	IGLA VBODNA CLAVE Z ZRAČNIM FILTROM Premer vbodne igle največ 6 mm. Polnitveni volumen med 0,50 in 0,55 ml. Igla mora imeti pritrjen BK, ki se ga ne da odstraniti, BK ne sme imeti zamaška. Imeti mora antibakterijski zračni filter 0,22 µm, ki se lahko po potrebi pokrije s pokrovom. Skupna dolžina med 8,5 in 9 cm. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji s faktorjem vpliva vsaj 1 in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine.	150 KOS	27.09.2022		

**Skupaj : EUR**

CENE naj bodo z vključenim DDV-jem!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Druge zahteve naročnika:

DDV je zajet v ceni!

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom in pošljete na;

Splošna bolnišnica, "Dr. Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

LEKARNA:

- e-mail lekarna@bolnisnica-go.si

- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 27.09.2022 do 12:00

- Navedba količine na zalogi - dobavni rok

- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.

- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.

Sestavil povpraševanje:

NATAŠA GRAVNAR KRAVANJA, mag.farm